

ضوابط الاشعة العلاجية و العلاج الكيميائي

- علاج الاورام بالعقاقير الكيميائية يحتاج الى :-
 - ١- ردهات لرقود المرضى و اعطائهم العلاج الكيماوي.
 - ٢- غرفة لتحضير العقاقير الكيماوية تحتوي على حاضنة (Hood) خاصة.
 - ٣- كادر طبي متخصص لعلاج الاورام.
 - ٤- كادر صحي متدرب في علاج الاورام.
- العلاج بالاشعة يحتاج الى :-
 - ١- غرفة ذات مواصفات خاصة بجدران كونكريتية سمكها حسب مواصفات الجهاز و الشركة المجهزة.
 - ٢- معجلات خطية عدد اثنان ذات مواصفات حديثة و طاقات محددة.
 - ٣- جهاز محاكاة تطابقي (CT Simulator) ذو مواصفات عالية و فتحة واسعة.
 - ٤- جهاز تخطيط علاجي (planning system) مطابق للمعجل الخطي و جهاز المحاكاة.
 - ٥- جهاز قياس الجرعة الاشعاعية (dosimetry) من مناشئ معتمدة.
 - ٦- جهاز رابط و مطابق للمعجل و جهاز المحاكاة (compatible).
 - ٧- اجهزة تثبيت المريض (patient positioning devices).
 - ٨- غرفة قوالب (Mould room) مع محتوياتها.
 - ٩- كادر معالجين شعاعيين و فيزيواوبين طبيين و هي مسألة في غاية الاهمية.
 - ١٠- غرف عدد عشرة و تكون اثنان منها ذات مواصفات خاصة بالاجهزة العلاجية و كما مذكور في الفقرة اولاً من اعلاه.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.